neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland

+49 (0)6221 / 8442-44
https://www.neolab.de

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
DE 143 450 657

Thermo Scientific M20 Mikrotiterplatten-Ausschwingrotor

Artikelbilder

Beschreibung

M20 Mikrotiterplatten-Ausschwingrotor Zentrifugieren Sie mit dem Thermo Scientific™ M-20 Ausschwingrotor für Mikrotiterplatten bis zu sechs Mikrotiterplatten und gewährleisten Sie mit den aerosoldichten Trägern aerosoldichte Bedingungen für alle Proben. Beschreibung: M-20 Mikrotiterplattenrotor Typ: Ausschwingrotor Fassungsvermögen: 2 x 3 Standard- oder 2 x 1 DeepWell Platten Max. RZB: 2.272 x g Max. Geschwindigkeit: 4.000 U/min Radius (metrisch): 12,7 cm Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific Zentrifugen der Serien Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Sorvall ST 40, Sorvall ST 16, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1, Megafuge 40, Megafuge 16 Winkel: 90° Zertifizierung/Konformität: Aerosoldichtheit zertifiziert durch CAMR™, HPA, Porton Down, Großbritannien Biocontainment: Ja Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-2022
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
EAN	4066292016767