neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland

+49 (0)6221 / 8442-44
https://www.neolab.de

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer:
DE 143 450 657

Eppendorf Rotor F-32x0.2-PCR

Artikelbilder

Beschreibung

Rotor F-32x0.2-PCR, inkl. Rotordeckel, für 32 × 0,2-mL-PCR-Gefäße oder 4 × 8er-PCR-Streifen für: Centrifuge 5425 (obsolete), Centrifuge 5425 R (obsolete), Centrifuge 5425/5425 R - Max. Geschwindigkeit: 18.134 × g (15.060 rpm) - für 4 × PCR-Streifen oder 32 × PCR-Gefäße (0,2 mL)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2003
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	106951001
EAN	4058072420413
Bruttogewicht	0.713
HSNummer	84219100
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.64200 kg
Volumen MAX	200 µl
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84219100
zentrifugierbar bis	18134 g