neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 / 8442-44
https://www.neolab.de

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
DE 143 450 657

Brand Seripettor pro 2,5-25 ml

386,40 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images

Beschreibung

Kostengünstige Flaschenaufsatz-Dispenser für die tägliche Routine.
Austauschbare Dosiereinheit mit abstreifender Kolbendichtung.
Automatisches Füllen: die selbsttätige Hubwirkung der Feder drückt den Kolben nach oben. Dadurch wird die Dosiereinheit automatisch gefüllt.
Volumeneinstellung: zur fehlerfreien Einstellung des Volumens rastet der Zeiger ein (Zahnleiste).
Alle Funktionsteile können problemlos und ohne Werkzeug ausgetauscht werden.
Passt auf fast alle handelsüblichen Flaschen.

Best.-Nr. E-7003

seripettor® pro: zusätzlich zum Dosieren von Säuren (z.B. konz. HCl), polaren Lösungsmitteln (z.B. Aceton), ätherischen Ölen und UV-empfindlichen Medien.

Volumen 2,5-25 ml
Teilung 0,5 ml, R: ≤ 1,2%, VK: ≤ 0,2%

Justiert auf "Ex". Fehlergrenzen bezogen auf das Nennvolumen.
R = Richtigkeit, VK= Variationskoeffizient

Lieferumfang
Dosierkanüle, Ansaugrohr, Ersatzdosiereinheit, Adapter für GL 32 und S 40.

Zubehör: Dosiereinheit, unsteril (Best.-Nr. E-1328 und E-1329)
Ersatz-Ausstoßkanüle (Best.-Nr. E-1330)
Ansaugrohr (Best.-Nr. E-1331 und E-1332)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-1417
Hersteller (Marke)	Brand
alte neoLab ArtikelNr.	E-7003
EAN	4058072207885
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Volumen MAX	25 ml
Volumen MIN	2.5 ml
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	analog
Dispenser Eigenschaften	mit Zertifizierung
Funktionsweise	mechanisch
Modell Flaschenaufsatz-Dispenser	Brand-seripettor pro
Teilung	0.5 ml
Ersatzteil	BN-1706|BN-1711|BN-1715|BN-1716
Lieferumfang	Brand-Seripettor® und Seripettor®pro, Flaschenaufsatzadapter 1 x GL32, 1 x S40, 1 x Dosierkanüle, 1 x Ansaugrohr, 1 x Ersatzdosierkanüle, Bedienungsanleitung
Material Ventilfeder	Edelstahl
Richtigkeit bei Vol. MAX	0.012
Typ Flaschenaufsatz-Dosierer	Dispenser (analog)
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)
Variationskoeffizient bei Vol. MAX	0.002
für Gewinde/DM	GL 32|GL 45|S 40
justiert auf	"ex"