neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland

+49 (0)6221 / 8442-44
https://www.neolab.de

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
DE 143 450 657

SI Analytics® Ph-Einstabmesskette A7781225T1000Vphd

Artikelbilder

Beschreibung

pH-Einstabmesskette mit Schraubsteckkopf (ATEX II 1/2G), Wartungsarm mit Pt 1000, Glasschaft, 3 x Keramik-Diaphragma, Gel-Elektrolyt, Silamid®-Ableitung, Kugelmembran, A-Glas, VP-Schraubstreckkopf, Länge 225 mm, 12 mm Ø, -5...+80 °C, 0...14 pH

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SY-0537
Hersteller (Marke)	SI Analytics