neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland

+49 (0)6221 / 8442-44
https://www.neolab.de

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
DE 143 450 657

Thermo Scientific Orion™ 9863BN Mikro-pH-Elektrode

Artikelbilder

Beschreibung

Orion™ 9863BN Mikro-pH-Elektrode Messung des pH-Werts durch Durchstechen von Septa mit der Thermo Scientific Orion 9863BN Mikro-pH-Elektrode, einer Kombinationselektrode bestehend aus einem Glasschaft mit einer Nadelspitze (16 Gauge) mit Schrgschliff. Beschreibung: Mikro-pH-Elektrode Durchmesser (metrisch) Verschluss: 1,7 mm Elektrode: Kombinationselektrode mit Nadelspitze mit Schrägschliff; Spitze: 40 x 1,7 mm Art der Fülllösung: 4M KCl mit Ag/AgCl, Orion Kat.-Nr. 900011 Internes Bezugssystem: Einzel-Diaphragma Ag/AgCl Länge (angloamerikanisch): 61 cm (5,39 in.) Länge (angloamerikanisch) Kabel: 15,2 m (3,28 ft.) Länge (metrisch): 137 mm Länge (metrisch) Kabel: 1 m Max. Immersion: 3 mm Präzision: 0,02 Lagerungsbedingungen: Zur Gewährleistung eines schnellen Ansprechverhaltens und freien Durchflusses durch das Diaphragma dürfen die Membran und das Bezugssystem nicht austrocknen. Die Elektrode stets vor der Lagerung reinigen. Kurzfristige Lagerung (bis zu eine Woche): Die Elektrode in Lagerungslösung für pH-Elektroden eintauchen, Kat.-Nr. 910001. Decken Sie die Füllöffnung zur Vermeidung von Kristallisation der Fülllösung ab, wenn die Elektrode gelagert wird, und öffnen Sie die Füllöffnung bei der Kalibrierung und Messung. Langfristige Lagerung (länger als eine Woche): Die Elektrode füllen und die Füllöffnung sorgfältig verschließen. Die Elektrode im Schutzglasröhrchen aufbewahren, das mit einigen Tropfen Aufbewahrungslösung gefüllt ist. Vor dem Einsatz der Elektrode ist sie als neue Elektrode vorzubereiten. Diaphragma: Keramik Betriebstemperatur (metrisch): 0 °C° bis 80 °C° Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-3057
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific