neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland

+49 (0)6221 / 8442-44
https://www.neolab.de

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer:
DE 143 450 657

Krüss® Digitalrefraktometer DR6000-TF

Artikelbilder

Beschreibung

mit integrierter Peltier-Temperierung und Durchflusszelle Messbereich: 1,3200-1,5800 nD; 0-95 %Brix Genauigkeit: +/-0,0001 nD; +/-0,1 %Brix Auflösung: 0,0001 nD; 0,1 %Brix Temperatur: 10-80 °C Maße (BxHxT): 21,5x15x34,5 cm ICUMSA-konform

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KS-0307
Hersteller (Marke)	Krüss
VGKL Nummer	106116002