neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland

+49 (0)6221 / 8442-44
https://www.neolab.de

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer:
DE 143 450 657

Lovibond® CSB-Messplatz MD200 COD Vario

Artikelbilder

Beschreibung

Bestimmung des chemischen Sauerstoffbedarfs (ST-CSB) Die Lovibond CSB Messplätze ermöglichen präzise Wasseruntersuchungen mit geringem Arbeitsaufwand. Der ST-CSB Wert in mg/l O 2 wird photometrisch bestimmt. Nach Zugabe von 2 ml Probe zu einem Lovibond COD Küvettentest (LR, MR nach ISO 15705:2002) wird dieser im Reaktorfür zwei Stunden bei 150 °C erhitzt, abgekühlt und anschließend im Photometer vermessen. Die Messplätze beinhalten ein Photometer, je 25 Küvettentests der unteren beiden Messbereiche, einen Reaktor zum Aufschluss der Proben und einen Küvettenständer.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CV-0237
Hersteller (Marke)	Lovibond