neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland

+49 (0)6221 / 8442-44
https://www.neolab.de

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer:
DE 143 450 657

WTW F 800 DIN

Artikelbilder

Beschreibung

Fluoridselektive Einstabmesskette mit 1 m DIN-Kabel, 0,02 mg/l bis Sättigung, benötigt ELY/BR/503 Referenzelektrolyt, Ionenstärkeadaptier-Lösung TISAB, Standardlösung ES/F. Elektrolyt im Lieferumfang enthalten!

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	HT-0074
Hersteller (Marke)	WTW
VGKL Nummer	108116667
EAN	4058072981532
Bruttogewicht	0.28
Ursprungsland	USA
Verpackungsbreite	0.23000 m
Verpackungshöhe	0.06000 m
Verpackungstiefe	0.09500 m
Verpackungsvolumen	0.00131100 ccm
Zolltarifnummer	90279000